

## FOTOTERAPİ HAMAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hamak hastanemizde bulunan cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Hamak file şeklinde ışığı geçiren malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Hamak, kirlenmeye karşı yıkanabilir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Hamak çok kullanımlık olmalıdır.
5. Hamak cihaza uygun tasarlanmış olmalıdır.
6. Hamak filesi bebeğin cildini tahriş etmemelidir.
7. Hamak üzerinde üretici firmaya ait etiket bulunmalıdır.
8. Hamaklar tek tek paketlenip her paket üzerinde firma ve ürün bilgileri, güvenlik etiketi olmalıdır. Paketler hastaneye kutuyla teslim edilmelidir.
9. Teklif veren firmalar numune de göndermelidir.
10. Ürün bir yıl garantili olmalıdır.
11. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.
12. Ürün paketlerinde son kalite kontrollerinin yapıp kapatıldığına dair kontrol etiketi bulunmalıdır.
13. Üretici firma ISO 9001 ve ISO 13485 standartlarına sahip olmalıdır.