

## **VG LED 0707 ÇİFT BAŞLIKLI AMELİYATHANE TAVAN LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Lamba başlıklarının aydınlatma ölçüsü: maksimum 180.000 Lux + 180.000 Lux olmalıdır.
- Lamba başlığında bulunan led Sayısı: 104+104=208 olmalıdır.
- Renk Sıcaklığı 3500k-5000k ayarlanabilir olmalıdır.
- Aydınlatma Çapı: 100-400mm arasında ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- Lambanın led ömrü minimum 50.000 saat olmalıdır.
- Çalışma Mesafesi: 500-2000mm olmalıdır.
- Led dokunmatik panel ile parlaklık, renk sıcaklığı ve ENDO modu ayarlamalı yapılabilmelidir.
- Lambanın montaj yüksekliği minimum 2600mm olmalıdır.
- Lamba 110-240V; 50/60Hz şehir elektriği 24V dönüştürücü ile çalışmalıdır.