

OKSİJEN HOOD BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hood başlığı reusable olmalıdır.
2. Hood başlığı, aerodinamik dizayna sahip olup bebeğe düzgün ve istikrarlı bir oksijen akışı sağlamalıdır.
3. Hood başlığı çapı Büyük (26x18), Orta(24x17), Küçük(22x14) olmalıdır.
4. Hood başlığı kenar ve köşeleri bebeğe zarar vermeyecek yapıda üretilmiş olmalıdır.
5. Hood başlığı, bebeklerin net ve rahat izlenmesi için şeffaf plastikten üretilmiş olmalıdır.
6. Ürün bebekte sıkıntı ve stres oluşturmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
7. Oksijen kablo giriş yerleşimi için acutaşı metal olmalıdır.
8. Bebeğin başını rahat hareket ettirebileceği miktarda boş alan buldurmamalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 ve ISO 13485 standartlarına sahip olmalıdır.
10. Ürünün Ulusal Bilgi Bankası (UBB) ve UTS kaydı olmalıdır.
11. Ürün bir yıl garantili olmalıdır.