

## **KUVÖZ PENCERESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Hastanemizde bulunan küvöze uyumlu olmalıdır.
- 2-Mevcut küvöze ait mandalın çalışma mekanizmasına uyumlu olmalıdır.
- 3-Mevcut küvözün pleksilerinde ki çapa uyum sağlamalıdır.
- 4-Bakteri üretmeyen polikarbon malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 5- Ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır.
- 6-Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkod lu ve CE standartlarında sağlık bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.
- 7-İhaleye iştirak edecek firmaların ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.
- 8-Üretici firmaların mutlaka ISO 13485, ISO 9001 ve TSE 12426,Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.