

KUVÖZ GROMMED TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kuvöz grommed hastanemizde bulunan kuvözlere uygun olmalıdır.
- 2-Malzemede kullanılacak materyaller bakteri barındırmayan silikondan yapılmış olmalıdır.
- 3-Hava geçirgenliğini engelleyen kablo ve hasta devresi giriş çıkışını sağlayan kesitli perdeciklerden oluşmalıdır.
- 4-Ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır.
- 5-Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında Sağlık Bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.
- 6-İhaleye iştirak edecek firmaların ÜTS(Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelilerdir.
- 7-Üretici firmaların mutlaka ISO 13485 , ISO 9001 , TSE 12426 belgeleri ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.